



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE**

Azienda Sanitaria ZERO

Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n.9

Codice Fiscale / P.I. 12685160017

Sede legale: Edificio "Farfalla"

Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

Deliberazione del Direttore generale

S.C. Acquisti

OGGETTO: Procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell'art. 76 del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura, consegna ed installazione di n. 72 Semiautomatici Esterni (DAE) (009_2026), per un importo complessivo pari ad € 143.385,00 oneri inclusi– Aggiudicazione della fornitura – CIG: BC65664BEB – CUP E69G2600040002

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Massimo D'ANGELO

nominato con D.G.R. n. 31-2373 del 16/03/2026

Visto il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26 che ha previsto l'istituzione dell'Azienda Sanitaria Zero, di seguito denominata Azienda Zero, quale ente del Servizio Sanitario Regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;

Visto il D.P.G.R. n. 9 del 18/2/2022 con cui è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della citata legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, l'Azienda Sanitaria Zero;

Vista la delibera 101/01.00 del 09/04/2024 Recepimento D.G.R. n. 21-8343 del 25/03/2024 *"Atti aziendali delle AA.SS.RR. - Azienda Sanitaria Regionale Zero. Atto nr. 0000281/01.00/2023 del 27/12/2023 integrato con Atto nr. 31/01.00/2024 del 09.02.2024 "Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte di cui alla deliberazione nr. 2/01.00/2022 del 13/06/2022 come integrata con deliberazione nr. 281/01.00/2023 del 27/12/2023 – aggiornamento". Recepimento regionale con prescrizioni ai sensi della D.C.R. n.167-14087 del 3.04.2012, all. A, Par. 5.1"*;

Visto il vigente regolamento che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi adottato con delibera n.414/01.00/2024 del 30 dicembre 2024;

Presa visione della proposta del direttore della S.C. Acquisti dott.ssa Sabrina Sianzi, che di seguito si riporta:

- visto il d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante: *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* in

vigore dal 01/04/2023 con decorrenza dell'efficacia a partire dal 01/07/2023 (di seguito per brevità anche solo Codice);

- vista la qualificazione di Azienda Sanitaria Zero nel settore SF1 ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del d. lgs. 36/2023 rilasciata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 27/06/2025;
- verificato che il servizio oggetto della presente procedura di gara non rientra tra le categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 11 febbraio 2026 e che non sussistono convenzioni attive presso il Soggetto Aggregatore di riferimento, S.C.R. Piemonte S.p.A., ovvero presso Consip S.p.A. cui è fatto obbligo di aderire;
- vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 27/02/2026: *“Approvazione della programmazione degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026-2027-2028 ai sensi dell'art. 37 del d. lgs. 36/2023 in qualità di stazione appaltante e approvazione della pianificazione delle attività in qualità di centrale di committenza - Nessuna spesa.”* nella quale la procedura è stata indicata con il seguente CUI S12685160017202600004;
- vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 06/02/2026 avente ad oggetto: *“Accordo di collaborazione tra la Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R. Piemonte S.p.A.) e Azienda Sanitaria Zero per la messa a disposizione della Piattaforma di e-procurement e delle attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa - Anno 2026 - Nessun onere di spesa”* con la quale Azienda Sanitaria Zero, stipulava con S.C.R. Piemonte S.p.A. un accordo per l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del d. lgs. 36/2023, certificata AGID ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 36/2023, denominata Sintel di ARIA S.p.A. (di seguito per brevità anche solo PAD) al fine di gestire il ciclo di vita dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 21 del d. lgs 36/2023 e sulla quale è stata pubblicata e gestita la procedura di cui all'oggetto;

premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2-7868 dell'11 dicembre 2023 la Regione Piemonte ha approvato gli indirizzi per l'attuazione dell'intervento volto alla diffusione dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) presso i rifugi alpini ed escursionistici del territorio regionale, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT);
- con D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024, la Regione Piemonte ha approvato i criteri attuativi dell'intervento, individuando le modalità di assegnazione dei DAE e prevedendo il coinvolgimento delle Unioni Montane per la raccolta delle candidature dei rifugi interessati;
- con D.D. n. 103/A1615A del 14 febbraio 2025, il Settore Sviluppo della Montagna della Regione Piemonte ha approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE), la relativa modulistica e i criteri di selezione, demandando alle Unioni Montane la raccolta delle candidature dei gestori dei rifugi alpini ed escursionistici ricadenti nei rispettivi ambiti territoriali; all'esito dell'istruttoria svolta dalla Regione Piemonte, sono stati individuati i rifugi

beneficiari dell'intervento, per un fabbisogno complessivo di n. 72 Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE);

- in attuazione dei citati provvedimenti regionali, Azienda Sanitaria Zero è stata incaricata di espletare la procedura di gara per l'acquisizione e la consegna di n. 72 DAE, completi degli accessori e delle prestazioni previste dal Capitolato tecnico, nonché di curare le attività connesse alla formazione degli operatori individuati dalla Regione Piemonte;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale Acquisti n. 198 del 20/05/2026 avente ad oggetto: *“procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di DAE, destinati alle comunità montane piemontesi – nomina nucleo tecnico – nessuna spesa”* veniva nominato il nucleo tecnico finalizzato alla progettazione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 41 comma 12 del Codice, il quale prevedeva: *“la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio”*;
- in data 12.06.2026, la S.C. Acquisti, al fine di acquisire l'interesse degli operatori economici potenzialmente interessati alla fornitura, pubblicava un avviso di manifestazione di interesse, volto a favorire la più ampia partecipazione al mercato, nonché raccogliere le candidature degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti; entro il termine previsto, manifestavano interesse n. 16 operatori economici del settore;
- con atto di delibera del Direttore Generale n. 0193/02.01/2026 del 03/08/2026, avente ad oggetto: *“Procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento della fornitura, consegna e installazione di n. 72 Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE), completi degli accessori e delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale, da destinare ai rifugi alpini ed escursionistici individuati dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’intervento finanziato con il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), per un importo complessivo a base di gara non superabile € 125.000,00, IVA esclusa – Deliberazione a contrarre – CIG: BC65664BEB – CUP E69G2600040002”*, veniva indetta una procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell’art. 76 del d. lgs. 36/2023, invitando gli operatori che avevano manifestato alla procedura, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108 commi 1 e 4, del d. lgs. 36/2023 al fine di individuare un operatore economico qualificato per la fornitura in oggetto come da procedura Sintel identificativo n. 222831243, con scadenza di presentazione dell’offerta fissata al 31/08/2026 alle ore 12:00;
- in data 10.09.2026, il Seggio di Gara, riunito in seduta riservata, come risulta dal verbale redatto in pari data ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che si identifica quale *Allegato1_Verbale del seggio di gara del 10.09.2026*, procedeva a verificare che alla data di

scadenza fissata per la presentazione delle offerte, risultavano caricate su PAD Sintel di ARIA S.p.A. le seguenti offerte:

<i>Numero protocollo informatico</i>	<i>Fornitore</i>	<i>Data Presentazione offerta</i>
1788159282591	SAGO MEDICA S.R.L.	<i>lunedì 31 agosto 2026 8.54.42</i>
1788158434267	3B S.R.L.	<i>lunedì 31 agosto 2026 8.40.34</i>
1787840134175	KC4 S.R.L.	<i>giovedì 27 agosto 2026 16.15.34</i>
1787820629577	ECHOES S.R.L.	<i>giovedì 27 agosto 2026 10.50.29</i>
1786094570591	PROGETTI	<i>venerdì 7 agosto 2026 11.22.50</i>

- Il Seggio di gara proseguiva, pertanto, all’analisi della documentazione amministrativa, dalla cui disamina risultava necessario:
 - attivare, nei confronti dell’operatore economico PROGETTI, con nota prot. n. 2026/0031355 del 15/09/2026, il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di consentire la regolarizzazione della documentazione amministrativa prodotta, con specifico riferimento al documento denominato “Patto di integrità”, risultato difforme rispetto al modello prescritto dalla documentazione di gara;
 - richiedere all’operatore economico ECHOES S.r.l., con nota prot. n. 2026/0031270 del 15/09/2026, i necessari chiarimenti in ordine alla documentazione amministrativa presentata;
- entrambi gli operatori economici riscontravano tempestivamente le richieste formulate dalla Stazione appaltante, provvedendo, rispettivamente, alla regolarizzazione della documentazione e alla trasmissione dei chiarimenti richiesti, con esito ritenuto conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara;
- la documentazione amministrativa prodotta dagli ulteriori operatori economici risultava conforme alle prescrizioni della documentazione di gara e che, all’esito delle verifiche effettuate, non emergevano cause ostative all’ammissione alla procedura;
- con Determinazione Dirigenziale Acquisti n. 293/02.01/2026 del 10/09/2026 avente ad oggetto: *“procedura negoziata sotto soglia, per l’affidamento della fornitura, consegna e installazione di n. 72 Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE), completi degli accessori e delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale, da destinare ai rifugi alpini ed escursionistici individuati dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’intervento finanziato con il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), per un importo complessivo a base di gara non superabile € 125.000,00, IVA esclusa – Nomina Commissione Giudicatrice – Nessuna spesa”* - veniva nominata la commissione giudicatrice della procedura di gara composta da n. 3 (tre) componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’appalto;

- in data 18.09.2026, il Seggio di gara riunito in seduta riservata, come risulta dal verbale redatto in pari data ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che si identifica quale *Allegato2_Verbale del seggio di gara del 18.09.2026*, procedeva al download della documentazione tecnica sul cloud della S.C. Acquisti, accessibile ai soli dipendenti assegnati alla struttura ed appositamente autorizzati, in attesa della riunione della commissione giudicatrice;
- in data 18.09.2026, la Commissione giudicatrice, riunita in seduta riservata, procedeva all'esame della campionatura e della documentazione tecnica presentate dagli operatori economici ammessi alla procedura e, all'esito delle valutazioni effettuate, rilevava, in capo agli operatori economici PROGETTI, KC4 S.r.l. ed ECHOES S.r.l., la carenza di uno o più requisiti minimi prescritti dalla documentazione di gara, proponendone conseguentemente l'esclusione dalla procedura; contestualmente, ammetteva gli operatori economici 3B S.r.l. e SAGO MEDICA S.r.l. alla successiva fase di attribuzione dei punteggi, avendone riscontrato il possesso dei requisiti minimi richiesti;
- in sede di valutazione per l'attribuzione dei punteggi, la Commissione giudicatrice ravvisava la necessità di acquisire una precisazione di natura tecnica in ordine alla documentazione presentata dall'operatore economico SAGO MEDICA S.r.l., demandando al RUP i conseguenti adempimenti, come risultante dal verbale redatto in pari data ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e identificato come *Allegato3_Verbale della Commissione giudicatrice del 18/09/2026*;
- in forza del mandato ricevuto il RUP, con nota prot. n 2026/0032289 del 23.09.2026, chiedeva all'operatore SAGO MEDICA S.R.L. di precisare l'elemento della documentazione tecnica;
- con nota prot. n 2026/0032327 del 23.09.2026, l'operatore SAGO MEDICA S.R.L. forniva il riscontro richiesto;
- in data 29.09.2026, la Commissione giudicatrice, riunita in seduta riservata, prendeva atto del riscontro fornito dall'operatore economico SAGO MEDICA S.r.l. e procedeva alla valutazione per l'attribuzione del relativo punteggio tecnico. All'esito della valutazione, l'offerta tecnica conseguiva un punteggio pari a 34/70 e, non avendo raggiunto la soglia minima di sbarramento prevista dall'art. 20.1 del Disciplinare di gara, la Commissione ne proponeva l'esclusione dalla procedura;
- nel corso della medesima seduta, la Commissione procedeva altresì alla valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico complessivo all'offerta presentata dall'operatore economico 3B S.R.L., il quale conseguiva un punteggio pari a 54/70; rilevato il superamento della soglia minima di sbarramento prevista dalla lex specialis, la Commissione ne proponeva conseguentemente l'ammissione alla successiva fase della procedura;
- la commissione giudicatrice riteneva opportuno, conclusi i lavori relativi sull'offerta tecnica, di procedere senza dilazione alcuna, all'apertura dell'offerta economica anche in ragione del principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023, al fine di giungere all'aggiudicazione del servizio stante la necessità di avvio della fornitura legata nel territorio montano della Regione

Piemonte, come da verbali denominati *Allegato_4 Verbale del seggio di gara del 29.09.2026* e *Allegato_5 Verbale della commissione giudicatrice del 29.09.2026* quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- Il R.U.P., pertanto, procedeva nella medesima seduta riservata all’apertura dell’offerta economica tramite la PAD ed al suo salvataggio sul cloud della S.C. Acquisti. La commissione giudicatrice prendeva quindi visione dell’offerta economica che risulta complessivamente essere la seguente:

Operatore economico	Offerta economica iva esclusa
3B S.R.L.	117.500,00 (centodiciassettemilacinquecento//00)

con un ribasso percentuale sulla base d’asta non superabile pari al 6% (sei per cento).

La Commissione Giudicatrice presa visione dell’offerta economica procedeva all’applicazione delle formule indicate nel Disciplinare di Gara agli artt. 20.3 e 20.4 del disciplinare di gara.

Il R.U.P. constatava che non sussisteva, ai sensi dell’art. 25 del Disciplinare di Gara, l’anomalia dell’offerta e pertanto la commissione giudicatrice redigeva la graduatoria finale come di seguito indicata:

Posizione in graduatoria	Operatore economico	Punteggio complessivo
1°	3B S.R.L.	84/100

conseguentemente proponeva l’aggiudicazione in favore dell’operatore collocatosi primo in graduatoria;

- a seguito dell’offerta economica presentata dall’operatore economico il quadro economico dell’intervento da realizzare risulta rideterminato come di seguito indicato:

VOCE	IMPORTO	I.V.A. (22%)	TOTALE
Fornitura, consegna e installazione di n. 72 Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE), completi di tutti gli accessori	€ 117.500,00	25.850,00	€ 143.350,00
Importo contributo ANAC delibera n. 598 del 30/12/2024 - Indicato nella Deliberazione del Direttore Generale n. 193/02/.01/2026 del 03/08/2026	€ 35,00		

che il gruppo di lavoro, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina degli incentivi di cui alla deliberazione del direttore generale n. 144 del 28/05/2026, è così costituito:

Struttura	Ruolo	Funzioni (ex art. 4)
S.C. Farmaceutica	Direttore	RUP e DEC
S.C. Acquisti	Direttore	Fase affidamento
S.C. Acquisti	Assistente amministrativo	Documentazione di gara
Ufficio Legale e Contenzioso	Responsabile e Collaboratore Amministrativo	Visto giuridico per la deliberazione

- ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023 e delle Tabelle B e B.1 del Regolamento aziendale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche, l’incentivo è determinato nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara;
- considerato che l’intervento è finanziato mediante risorse della Regione Piemonte a destinazione vincolata, viene accantonata esclusivamente la quota destinata agli incentivi per le funzioni tecniche erogabile al personale, pari all’1,60% dell’importo a base di gara corrisponde ad Euro 2.000,00;
- la quota pari al 20% dell’incentivo complessivo e corrispondente allo 0,40% dell’importo a base di gara, per un ammontare di € 500,00, non viene accantonata, nel rispetto del vincolo di destinazione delle risorse regionali;
- tale impostazione risulta già indicata nella Deliberazione a contrarre n. 0000193/02.01/2026 del 03/08/2026 ed è di seguito riepilogata:

Classe d’importo	Percentuale da applicare	Quota erogabile al personale (80%)	B) Accantonamento ex art. 45 comma 5 (20%)
Pari I superiore a € 40.000 e inferiore a Euro 140.000,00	2%	1,60%	0,40%
Importo base di gara Euro 125.000,00	2.500 €	2.000 €	500,00 € Importo non accantonato

- dato atto che la spesa della fornitura in oggetto è un finanziamento extra FSR, quantificata in complessivi € 143.350,00 (centoquarantatremilatrecentocinquanta//00) oneri inclusi e trova piena copertura sul conto n. 1.12.02.41.101- attrezzature sanitarie e scientifiche disponibili- autorizzazione di spesa n. 38 - esercizio finanziario anno 2026 -progetto codice DEF-RIF-ALP-FTCO, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 21-599 del 20/12/2024;

- l'importo della fornitura oggetto del presente atto e del relativo contributo Anac avviene a seguito dell'adozione della delibera n.520/02.05/2025 del 28/11/2025, recante "Approvazione bilancio tecnico provvisorio di previsione 2026 dell'Azienda Sanitaria Zero come è il seguente:

Anno	Descrizione	Conto economico	Importo	I.V.A. (22%)	Totale
2026	attrezzature sanitarie e scientifiche disponibili	1.12.02.41.101	117.500,00	25.850,00	143.350,00
2026	Contributo Anac	3.10.10.18	35,00	/	35,00
					Totale € 143.385,00

e se ne terrà conto in occasione della redazione dei relativi bilanci di previsione e delle conseguenti autorizzazioni di spesa;

- ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 17 commi 8 e 9 del d. lgs. e dell'art. 3.1 del Disciplinare di Gara nelle more di completamento dei controlli di legge è fatta salva l'esecuzione d'urgenza al fine di non arrecare un potenziale pregiudizio, poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella procedura gara determinerebbe la perdita del finanziamento;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24.01.1995, n. 10, al fine di procedere alla pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e consentire gli ulteriori adempimenti.

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore amministrativo, dott.ssa Antonella Bogliolo e dal Direttore sanitario, dott. Arturo Pasqualucci, a norma dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- 1) di approvare gli atti endoprocedimentali inerenti al procedimento di scelta del contraente esperito che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale e si identificano quali Allegato1_Verbale del seggio di gara del 10.09.2026, Allegato2_Verbale del seggio di gara del 18.09.2026, Allegato3_Verbale commissione giudicatrice del 18.09.2026, Allegato_4 Verbale del seggio di gara del 29.09.2026, Allegato5_ Verbale della commissione giudicatrice del 29.09.2026 e, conseguentemente, di approvare la graduatoria derivate dal procedimento che risulta essere la seguente:

Posizione in graduatoria	Operatore economico	Punteggio complessivo
1°	3B S.R.L.	84/100

- 2) di disporre l'esclusione degli operatori economici PROGETTI, KC4 S.r.l. ed ECHOES S.r.l. dalla procedura di gara, per accertata carenza di uno o più requisiti minimi prescritti dalla documentazione di gara, come risultante dal verbale n. *Allegato3_Verbale commissione giudicatrice del 18.09.2026*, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di disporre l'esclusione dell'operatore economico SAGO MEDICA dalla procedura di gara, in quanto il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione giudicatrice è risultato inferiore alla soglia minima di sbarramento prevista dalla lex specialis di gara, come da verbale n. *Allegato5_Verbale della commissione giudicatrice del 29.09.2026*, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di aggiudicare la procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell'art. 76 del d. lgs. 36/2023 per l'affidamento della fornitura, consegna e installazione di n. 72 Semiautomatici Esterni (DAE) (009_2026), per un importo complessivo pari ad € 117.500,00 (centodiciassettemilacinquecento/00) IVA esclusa – Aggiudicazione – CIG: BC65664BEB – CUP E69G2600040002;
- 5) che l'affidamento della fornitura di n. 72 DAE da destinare ai rifugi alpini piemontesi (009_2026) è in carico all'operatore **3B S.R.L.** con sede legale in SETTIMO TORINESE (TO) in via Vittime delle Foibe n. 20/a P.IVA. 03763310012 per un valore aggiudicato pari ad € 117.500,00 oltre IVA al 22% quantificata in € 25.850,00 (venticinquemilaottocentocinquanta/00) per un valore complessivo pari ad € 143.350,00 (centoquarantatremitatrecentocinquanta/00) come risulta dall'offerta economica allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale e si identifica quale *Allegato6__Offerta economica operatore 3B S.r.l. - CPV 33190000-8 - CIG BC65664BEB*, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) di rideterminare il quadro economico a seguito dell'offerta dell'operatore economico, come di seguito indicato:

VOCE	IMPORTO	I.V.A. (22%)	TOTALE
Fornitura, consegna e installazione di n. 72 Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE), completi di tutti gli accessori	€ 117.500,00	€ 25.850,00	€ 143.350,00
Importo contributo ANAC delibera n. 598 del 30/12/2024 - Indicato nella Deliberazione del Direttore Generale 193/02.01/2026 del 03/08/2026	€ 35,00		

TOTALE IMPORTO € 143.385,00

- 7) di dare atto che trattasi di un finanziamento extra FSR, la cui spesa è quantificata in complessivi € 143.350,00 (centoquarantatremilatrecentocinquanta/00) oneri inclusi e trova piena copertura sul conto n. 1.12.02.41.101- attrezzature sanitarie e scientifiche disponibili- autorizzazione di spesa n. 38 - esercizio finanziario anno 2026 -progetto codice DEF-RIF-ALP-FTCO, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 21-599 del 20/12/2024;
- 8) che l'importo della fornitura oggetto del presente atto e del relativo contributo Anac avviene a seguito dell'adozione della delibera n.520/02.05/2025 del 28/11/2025, recante "Approvazione bilancio tecnico provvisorio di previsione 2026 dell'Azienda Sanitaria Zero come è il seguente:

Anno	Descrizione	Conto economico	Importo	I.V.A.	Totale
2026	attrezzature sanitarie e scientifiche disponibili	1.12.02.41.101	117.500,00	22%	143.350,00
2026	Contributo Anac	3.10.10.18	35,00	/	35.00
Totale € 143.385,00					

- e se ne terrà conto in occasione della redazione dei relativi bilanci di previsione e delle conseguenti autorizzazioni di spesa;
- 9) di attestare che, allo stato attuale, non risultano attuabili ulteriori misure di razionalizzazione e/o efficientamento della spesa;
- 10) che ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e delle Tabelle B e B.1 del Regolamento aziendale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche, l'incentivo è determinato nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara;
- 11) considerato che l'intervento è finanziato mediante risorse della Regione Piemonte a destinazione vincolata, viene accantonata esclusivamente la quota destinata agli incentivi per le funzioni tecniche erogabile al personale, pari all'1,60% dell'importo a base di gara corrisponde ad € 2.000,00 (duemila/zerozero);
- 12) la quota pari al 20% dell'incentivo complessivo e corrispondente allo 0,40% dell'importo a base di gara, per un ammontare di € 500,00, non viene accantonata, nel rispetto del vincolo di destinazione delle risorse regionali;
- 13) tale impostazione risulta già indicata nella Deliberazione a contrarre n. 0000193/02.01/2026 del 03/08/2026 e viene, di seguito, riepilogata:

Classe d'importo	Percentuale da applicare	Quota erogabile al personale (80%)	B) Accantonamento ex art. 45 comma 5 (20%)
------------------	--------------------------	---------------------------------------	--

Pari l superiore a € 40.000 e inferiore a Euro 140.000,00	2%	1,60%	0,40%
Importo base di gara Euro 125.000,00	2.500 €	2.000 €	500,00 € Importo non accantonato

- 14) di dare atto che il RUP, in virtù delle funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento attribuite dal Codice, è la Dott.ssa Daniela Piccioni, in qualità di Direttore ff S.C. Farmaceutica nominata con deliberazione del direttore generale n. 183 del 17/07/2026
- 15) Di dare atto che il Responsabile di fase del presente affidamento è la Dott.ssa Sabrina Slanzi, in qualità di Direttore della S.C. Acquisti;
- 16) di dare atto che il Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) è l'Ing. Alessandro Vercelli, in qualità collaboratore tecnico presso la S.C. Farmacia;
- 17) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10;
- 18) di pubblicare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sezione Bandi di gara e contratti;
- 19) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 24.01.1995, n. 10, al fine di procedere agli adempimenti successivi previsti dalla normativa.

Allegati:

Allegato1_Verbale del seggio di gara del 10.09.2026

Allegato2_Verbale del seggio di gara del 18.09.2026

Allegato3_Verbale commissione giudicatrice del 18.09.2026

Allegato3.1_ Requisiti minimi

Allegato4_Verbale del seggio di gara del 29.09.2026

Allegato5_ Verbale della commissione giudicatrice del 29.09.2026

Allegato 5.1. tabella criteri premiali e punteggi DAE.

Allegato 5.2. offerta economica operatore 3B S.R.L.

Firmatari:

Responsabile del procedimento: Direttore S.C. Acquisti Sabrina Slanzi

Proponente: direttore S.C. Acquisti Sabrina Slanzi

Visto di regolarità giuridica: Responsabile Ufficio Legale e Contenzioso Avv. Claudia Bonifanti

Direttore amministrativo: dott.ssa Antonella BOGLIOLO *

Direttore sanitario: dott. Arturo PASQUALUCCI *

Direttore generale: dott. Massimo D'ANGELO

Estensore dell'atto: Gian Maria Prestinicola S.C. Acquisti

* I pareri favorevoli dei Direttori amministrativo e sanitario sono confermati con sottoscrizione del presente atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. **I pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati ed indicati in allegato.**

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

72-74-F5-EA-6A-CD-1B-51-0D-50-59-B4-F8-47-58-3D-4D-19-52-CC

CAdES 1 di 6 del 12/10/2026 17:21:31

Soggetto: Daniela Piccioni
S.N. Certificato: 1FC5D55
Validità certificato dal 16/10/2025 12:45:54 al 16/10/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 2 di 6 del 12/10/2026 17:24:42

Soggetto: Sabrina Slanzi
S.N. Certificato: 1AC24D8
Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 3 di 6 del 12/10/2026 17:27:58

Soggetto: Claudia Bonifanti
S.N. Certificato: 1C415BB
Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 4 di 6 del 14/10/2026 15:11:17

Soggetto: Antonella Bogliolo
S.N. Certificato: 208E5EC
Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 5 di 6 del 14/10/2026 15:16:00

Soggetto: Arturo Pasqualucci
S.N. Certificato: 1FE179E
Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 6 di 6 del 14/10/2026 15:29:49

Soggetto: Massimo D'Angelo
S.N. Certificato: 2083FB1
Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura, consegna e installazione di n. 72 Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) (009_2026) per un importo complessivo a base di gara non superabile € 125.000,00, IVA esclusa – Deliberazione a contrarre – CIG: BC65664BEB – CUP E69G2600040002

VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DEL 10/09/2026

In data dieci del mese di settembre dell'anno duemila ventisei, alle ore 10:30, presso la S.C. Acquisti si è tenuta, in modalità mista in presenza e da remoto, la seduta riservata della procedura di gara di cui all'oggetto come previsto dall'art. 23 del disciplinare di gara. Il seggio di gara amministrativo è composto dal Responsabile unico del progetto e da due dipendenti assegnati alla S.C. Acquisti come di seguito indicato:

Dott.ssa Sabrina Slanzi	Responsabile unico del progetto della Centrale di Committenza e Direttrice S.C. Acquisti
Avv. Marco Sirica	Collaboratore Amministrativo Professionale presso S.C. Acquisti.
Dott. Gian Maria Prestinicola	Assistente Amministrativo presso S.C. Acquisti con funzioni di verbalizzante

Il Responsabile Unico del Progetto, coadiuvato da apposito seggio di gara amministrativo, accede alla PAD con le proprie credenziali ed accerta che alla data di scadenza di presentazione dell'offerta fissata all'31/08/2026 alle ore 12:00 sono pervenute le seguenti offerte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	DATA	STATO OFFERTA
1788159282591	SAGO MEDICA SRL 01122350380	Forma singola	lunedì 31 agosto 2026 8.54.42 CEST	Valida
1788158434267	3B SRL 03763310012	Forma singola	lunedì 31 agosto 2026 8.40.34 CEST	Valida



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

1787922248046	SAGO MEDICA SRL 01122350380	Forma singola	venerdì 28 agosto 2026 15.04.08 CEST	<u>Sostituita</u>
1787840134175	KC4 Srl 01904380332	Forma singola	giovedì 27 agosto 2026 16.15.34 CEST	Valida
1787820629577	ECHOES S.R.L. 05432960481	Forma singola	giovedì 27 agosto 2026 10.50.29 CEST	Valida
1786094570591	Progetti 10213970154	Forma singola	venerdì 7 agosto 2026 11.22.50 CEST	Valida

Il Rup, coadiuvato da appositi seggio di gara, accede alla PAD con le proprie credenziali e procede ad avviare *“Esame delle offerte”* ricevute attraverso la funzione *“Avvia Esame”* accedendo alla documentazione amministrativa dei concorrenti mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema.

Il seggio di gara procede quindi al download della documentazione amministrativa sul cloud della S.C. Acquisti accessibile al solo personale autorizzato della struttura.

Ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di gara, il RUP, coadiuvato dal seggio, procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente par. 15

Il seggio di gara accerta che l'operatore economico Echoes S.r.l ha dichiarato la sussistenza di contenziosi fiscali.

Il Seggio constata altresì che l'operatore economico Progetti ha trasmesso il documento denominato *“Patto di integrità”* in un formato diverso da quello previsto dalla documentazione di gara.

Terminata la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, il RUP procede:

- accertando che gli operatori economici SAGO MEDICA SRL - 3B SRL- SAGO MEDICA SRL- KC4 Srl hanno presentato correttamente la documentazione amministrativa;
- l'operatore economico Echoes S.r.l ha dichiarato dei contenziosi fiscali e, pertanto, si



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

procederà con richiesta di precisazioni, con particolare riferimento all'importo ed allo stato degli stessi;

- l'operatore economico Progetti ha presentato un documento errato (patto di integrità); e, pertanto, si procederà con l'attivazione del soccorso istruttorio;
- con l'ammissione con riserva degli operatori al proseguo della procedura di gara non essendo, allo stato, emerse potenziali cause di esclusione dagli appalti pubblici.

Viene dato atto che l'istruttoria proseguirà regolarmente. Qualora, in caso di mancato riscontro o di mancato adempimento alle richieste formulate entro il termine assegnato da parte degli operatori economici, il RUP procederà alle conseguenti determinazioni, compresa, ove ne ricorrano i presupposti, l'esclusione dalla procedura.

La seduta si chiude alle ore 12.33.

Il presente verbale consta di n. 3 (tre) facciate dattiloscritte comprensivo delle firme.

Torino, lì 10/09/2026

Letto approvato e sottoscritto

Il Seggio

Dott.ssa Sabrina Slanzi

(Rup)

Avv. Marco Sirica

Dott. Gian Maria Prestinicola

(verbalizzante)

Il presente verbale è firmato in originale e conservato agli atti della S.C. Acquisti

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

B2-B9-4B-A5-2D-FB-8E-B8-2C-E9-C3-F5-88-7F-F2-F1-E7-EE-71-1B

CAdES 1 di 6 del 12/10/2026 17:21:32

Soggetto: Daniela Piccioni
S.N. Certificato: 1FC5D55
Validità certificato dal 16/10/2025 12:45:54 al 16/10/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 2 di 6 del 12/10/2026 17:24:44

Soggetto: Sabrina Slanzi
S.N. Certificato: 1AC24D8
Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 3 di 6 del 12/10/2026 17:27:59

Soggetto: Claudia Bonifanti
S.N. Certificato: 1C415BB
Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 4 di 6 del 14/10/2026 15:11:19

Soggetto: Antonella Bogliolo
S.N. Certificato: 208E5EC
Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 5 di 6 del 14/10/2026 15:16:02

Soggetto: Arturo Pasqualucci
S.N. Certificato: 1FE179E
Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 6 di 6 del 14/10/2026 15:29:50

Soggetto: Massimo D'Angelo
S.N. Certificato: 2083FB1
Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura, consegna e installazione di n. 72 Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) (009_2026) per un importo complessivo a base di gara non superabile € 125.000,00, IVA esclusa – Deliberazione a contrarre – CIG: BC65664BEB – CUP E69G2600040002

VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DEL 18/09/2026

In data diciotto del mese di settembre dell'anno duemila ventisei alle ore 13:30 presso la S.C. Acquisti si è tenuta, in modalità in presenza, la seduta riservata della procedura di gara di cui all'oggetto come previsto dall'art. 23 del disciplinare di gara. Il seggio di gara amministrativo è composto dal Responsabile unico del progetto e da due dipendenti assegnati alla S.C. Acquisti come di seguito indicato:

Dott.ssa Sabrina Slanzi	Responsabile unico del progetto della Centrale di Committenza e Direttrice S.C. Acquisti
Avv. Marco Sirica	Collaboratore Amministrativo Professionale presso S.C. Acquisti.
Dott. Gian Maria Prestinicola	Assistente Amministrativo presso S.C. Acquisti con funzioni di verbalizzante

Il Responsabile Unico del Progetto, coadiuvato da apposito seggio di gara amministrativo, accede alla PAD con le proprie credenziali e procedere con il download della documentazione tecnica sul cloud della S.C. Acquisti.

Il Seggio di gara dà atto che tutti gli operatori economici di seguito elencati hanno presentato la documentazione tecnica:

1. SAGO MEDICA SRL
2. 3B SRL
3. KC4 SRL
4. ECHOES S.R.L.
5. Progetti



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

La suddetta documentazione viene trasmessa alla Commissione giudicatrice che si occuperà delle verifiche di competenza, la valutazione delle offerte tecniche e la conseguente attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le modalità stabiliti nella documentazione di gara.

La seduta si chiude alle ore 13:40.

Il presente verbale consta di n. 2 (due) facciate dattiloscritte comprensivo delle firme.

Torino, lì 18/09/2026

Letto approvato e sottoscritto

Il Seggio di gara

Dott.ssa Sabrina Slanzi

(Rup)

Avv. Marco Sirica

Dott. Gian Maria Prestinicola

(verbalizzante)

Il presente verbale è firmato in originale e conservato agli atti della S.C. Acquisti

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

A9-EB-D9-DE-62-2C-6C-02-EF-02-B5-52-8B-D0-AC-7E-56-04-3F-C0

CAdES 1 di 5 del 12/10/2026 17:21:33

Soggetto: Daniela Piccioni
S.N. Certificato: 1FC5D55
Validità certificato dal 16/10/2025 12:45:54 al 16/10/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 2 di 5 del 12/10/2026 17:28:00

Soggetto: Claudia Bonifanti
S.N. Certificato: 1C415BB
Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 3 di 5 del 14/10/2026 15:11:19

Soggetto: Antonella Bogliolo
S.N. Certificato: 208E5EC
Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 4 di 5 del 14/10/2026 15:16:09

Soggetto: Arturo Pasqualucci
S.N. Certificato: 1FE179E
Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 5 di 5 del 14/10/2026 15:29:51

Soggetto: Massimo D'Angelo
S.N. Certificato: 2083FB1
Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPROVVIGIONAMENTO CENTRALIZZATO, E DISTRIBUZIONE, DI N° 72 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE), DA ASSEGNARE AI RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI GESTITI DEL TERRITORIO MONTANO PIEMONTESE (009_2026) CIG BC65664BEB

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 18/09/2026

In data **18 settembre 2026**, alle ore **14:45**, presso la sede distaccata di Azienda Sanitaria Zero, sita in Grugliasco (TO) alla Via Sabaudia n. 164, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice nominata per la procedura di gara in oggetto, composta da:

Nominativo	Ruolo
Dott.ssa Antonella Barrale	Coordinatore Nue 112
Dott.ssa Sara Borga	Rappresentante dell'EST 118
Ing. Alessandro Vercelli	Collaboratore tecnico presso S. C. Farmaceutica

Per l'assistenza giuridico - amministrativa è presente:

- Dott. Gian Maria Prestinicola in qualità di Assistente amministrativo presso S.C. Acquisti

La Commissione, in via preliminare, prende atto delle risultanze delle operazioni svolte dal Seggio di gara, come formalizzate nel verbale del 16/09/2026, nonché dell'esito delle richieste di soccorso istruttorio e delle precisazioni precedentemente formulate nei confronti degli operatori economici interessati.

Preso atto della regolarità della documentazione amministrativa prodotta e della conseguente ammissione alla successiva fase della procedura, risultano ammessi alla valutazione tecnica i seguenti n. 5 operatori economici: SAGO MEDICA, PROGETTI, KC4, 3B ed ECHOES.

La Commissione procede, quindi, alla verifica della presenza della campionatura richiesta dalla lex specialis e, successivamente, all'esame delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi e scaricate durante la seduta del seggio di gara avvenuta in data 10/09/2026.

Ai fini dello svolgimento delle operazioni di propria competenza, la Commissione prende visione della documentazione di gara e, in particolare, del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale, delle offerte tecniche presentate, della campionatura e dei chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante.

La Commissione procede, pertanto, alla preliminare verifica della conformità delle offerte tecniche ai requisiti tecnici minimi inderogabili previsti, a pena di esclusione, dalla lex specialis e, in particolare, alle caratteristiche minime di cui all'art. 3 del Capitolato tecnico di gara.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

All'esito dell'esame della documentazione tecnica e della campionatura prodotta, la Commissione dà atto delle risultanze della verifica di conformità, analiticamente riportate nell'Allegato n. 1, denominato "requisiti minimi".

Alla luce delle risultanze delle operazioni sopra descritte, la Commissione rileva:

- la mancata conformità a uno o più requisiti tecnici minimi previsti, a pena di esclusione, dalla lex specialis con riferimento ai seguenti operatori economici:

PROGETTI;

KC4;

ECHOES.

- Il possesso dei requisiti tecnici minimi inderogabili previsti dalla lex specialis per gli operatori economici 3B e SAGO MEDICA

La Commissione procede, conseguentemente, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dal Disciplinare di gara ed alla verifica del superamento della soglia di sbarramento fissata in 42/70 punti.

Nel corso della valutazione dei criteri premiali relativi all'offerta tecnica dell'operatore economico SAGO MEDICA, finalizzata all'attribuzione del relativo punteggio tecnico, la Commissione rileva la necessità di acquisire un chiarimento in merito a quanto documentato nell'offerta tecnica, in ordine alla **durata della garanzia offerta** ai fini della corretta attribuzione del relativo punteggio premiale previsto dal Disciplinare di gara.

La Commissione dispone, pertanto, di rinviare a successiva seduta la prosecuzione delle operazioni di propria competenza, dando mandato al RUP di gara di provvedere all'acquisizione del chiarimento richiesto al suddetto operatore economico, SAGO MEDICA.

All'esito di tale approfondimento, la Commissione procederà alla prosecuzione della valutazione delle offerte ammesse e all'attribuzione dei punteggi tecnici previsti dal Disciplinare di gara.

La seduta si chiude alle ore 20:45.

Il presente verbale consta di n. 3 (tre) pagine dattiloscritte, comprese le firme.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

Tutti i documenti sono conservati presso la S.C. Acquisti.

Grugliasco, lì 18/09/2026

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Antonella Barrale _____

Dott.ssa Sara Borga _____

Ing. Alessandro Vercelli _____

I testimoni

Dott. Gian Maria Prestinicola (verbalizzante) _____

Il presente verbale comprensivo dell'allegato è conservato in originale presso la S.C. Acquisti

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

CC-9B-80-4A-D6-FB-FA-E8-70-AA-57-E4-D8-C8-BC-A4-04-02-48-83

CAdES 1 di 6 del 12/10/2026 17:21:34

Soggetto: Daniela Piccioni
S.N. Certificato: 1FC5D55
Validità certificato dal 16/10/2025 12:45:54 al 16/10/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 2 di 6 del 12/10/2026 17:25:45

Soggetto: Sabrina Slanzi
S.N. Certificato: 1AC24D8
Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 3 di 6 del 12/10/2026 17:28:00

Soggetto: Claudia Bonifanti
S.N. Certificato: 1C415BB
Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 4 di 6 del 14/10/2026 15:11:20

Soggetto: Antonella Bogliolo
S.N. Certificato: 208E5EC
Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 5 di 6 del 14/10/2026 15:16:10

Soggetto: Arturo Pasqualucci
S.N. Certificato: 1FE179E
Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 6 di 6 del 14/10/2026 15:29:52

Soggetto: Massimo D'Angelo
S.N. Certificato: 2083FB1
Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

#	Descrizione requisiti minimo 3B
1	Certificazioni almeno IP55, per protezione da polvere e schizzi, quindi il dispositivo può essere utilizzato anche in esterno, con protezione in condizioni ambientali e meccaniche estreme, resiste a urti, vibrazioni, caldo, freddo ed utilizzabile su mezzi mobili.
2	Funzionamento dispositivo semi-automatico con guida vocale delle istruzioni operative per utilizzare il dispositivo metronomo per le compressioni toraciche
3	Range temperatura operativa: da 0°C a +50°C.
4	Altitudine operativa garantita: fino a 4.000 m s.l.m.
5	Peso massimo del dispositivo completo ≤ 2,5 kg (batteria esclusa)
6	Resistenza meccanica e test di caduta: si richiede che il dispositivo fornito sia in grado di resistere alla caduta da almeno 1 metro su superficie rigida, senza compromissione funzionale
7	Gli elettrodi forniti dovranno avere una data di scadenza residua non inferiore a 36 mesi dalla data di consegna
8	La batteria dovrà avere una durata di almeno 5 anni in modalità stand-by includendo test automatici periodici eseguiti dal dispositivo
9	Esportazione dati: lo scarico dei log dovrà avvenire tramite dispositivo esterno USB senza l’ausilio di ulteriori dispositivi o piattaforma cloud.
10	Segnalazione stato tramite LED sul dispositivo.
11	Il DAE deve essere dotato di un sistema di analisi del ritmo cardiaco che minimizzi l’interruzione delle compressioni toraciche durante la rianimazione cardiopolmonare o comunque garantiscano il minor tempo di pausa necessario all’analisi e alla decisione di shock. Si richiede di esplicitare le caratteristiche della tecnologia impiegata e documentare i tempi medi di analisi e la durata della pausa richiesta per la decisione di shock. Il tutto dovrà essere supportato da documentazione tecnica del costruttore e/o evidenze scientifiche.
12	RCP assistita: metronomo + comandi vocali guida.
13	Energia di scarica bifasica con valore massimo erogabile non inferiore a 200 J e con precarica shock per ridurre tempi di scarica
14	Sistema di rilevazione del movimento/artefatti durante l’analisi ECG, con sospensione automatica dell’analisi e ripresa automatica quando le condizioni del segnale risultano idonee.
15	Capacità di identificazione automatica dei ritmi defibrillabili (FV e TV senza polso) secondo linee guida AHA/ERC.
16	Prestazioni diagnostiche conformi agli standard IEC/AHA:
17	elevata sensibilità nel riconoscimento di FV/TV defibrillabili
18	elevata specificità per ritmi non defibrillabili
19	Prestazioni diagnostiche conformi agli standard internazionali applicabili ai DAE e validate dal fabbricante
20	Conformità alle raccomandazioni internazionali ILCOR e alle Linee Guida ERC vigenti in materia di defibrillazione precoce e supporto di base delle funzioni vitali (BLS-D).
21	Il DAE dovrà effettuare, secondo le specifiche del costruttore, autotest automatici (giornalieri, settimanali o mensili) registrati su log interno

Esito
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

#	Descrizione requisiti minimo ECHOES
1	Certificazioni almeno IP55, per protezione da polvere e schizzi, quindi il dispositivo può essere utilizzato anche in esterno, con protezione in condizioni ambientali e meccaniche estreme, resiste a urti, vibrazioni, caldo, freddo ed utilizzabile su mezzi mobili.
2	Funzionamento dispositivo semi-automatico con guida vocale delle istruzioni operative per utilizzare il dispositivo metronomo per le compressioni toraciche
3	Range temperatura operativa: da 0°C a +50°C.
4	Altitudine operativa garantita: fino a 4.000 m s.l.m.
5	Peso massimo del dispositivo completo ≤ 2,5 kg (batteria esclusa)
6	Resistenza meccanica e test di caduta: si richiede che il dispositivo fornito sia in grado di resistere alla caduta da almeno 1 metro su superficie rigida, senza compromissione funzionale
7	Gli elettrodi forniti dovranno avere una data di scadenza residua non inferiore a 36 mesi dalla data di consegna
8	La batteria dovrà avere una durata di almeno 5 anni in modalità stand-by includendo test automatici periodici eseguiti dal dispositivo
9	Esportazione dati: lo scarico dei log dovrà avvenire tramite dispositivo esterno USB senza l’ausilio di ulteriori dispositivi o piattaforma cloud.
10	Segnalazione stato tramite LED sul dispositivo.
11	Il DAE deve essere dotato di un sistema di analisi del ritmo cardiaco che minimizzi l’interruzione delle compressioni toraciche durante la rianimazione cardiopolmonare o comunque garantiscano il minor tempo di pausa necessario all’analisi e alla decisione di shock. Si richiede di esplicitare le caratteristiche della tecnologia impiegata e documentare i tempi medi di analisi e la durata della pausa richiesta per la decisione di shock. Il tutto dovrà essere supportato da documentazione tecnica del costruttore e/o evidenze scientifiche.
12	RCP assistita: metronomo + comandi vocali guida.
13	Energia di scarica bifasica con valore massimo erogabile non inferiore a 200 J e con precarica shock per ridurre tempi di scarica
14	Sistema di rilevazione del movimento/artefatti durante l’analisi ECG, con sospensione automatica dell’analisi e ripresa automatica quando le condizioni del segnale risultano idonee.
15	Capacità di identificazione automatica dei ritmi defibrillabili (FV e TV senza polso) secondo linee guida AHA/ERC.
16	Prestazioni diagnostiche conformi agli standard IEC/AHA:
17	elevata sensibilità nel riconoscimento di FV/TV defibrillabili
18	elevata specificità per ritmi non defibrillabili
19	Prestazioni diagnostiche conformi agli standard internazionali applicabili ai DAE e validate dal fabbricante
20	Conformità alle raccomandazioni internazionali ILCOR e alle Linee Guida ERC vigenti in materia di defibrillazione precoce e supporto di base delle funzioni vitali (BLS-D).
21	Il DAE dovrà effettuare, secondo le specifiche del costruttore, autotest automatici (giornalieri, settimanali o mensili) registrati su log interno

Esito presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

#	Descrizione requisiti minimo KC4
1	Certificazioni almeno IP55, per protezione da polvere e schizzi, quindi il dispositivo può essere utilizzato anche in esterno, con protezione in condizioni ambientali e meccaniche estreme, resiste a urti, vibrazioni, caldo, freddo ed utilizzabile su mezzi mobili.
2	Funzionamento dispositivo semi-automatico con guida vocale delle istruzioni operative per utilizzare il dispositivo metronomo per le compressioni toraciche
3	Range temperatura operativa: da 0°C a +50°C.
4	Altitudine operativa garantita: fino a 4.000 m s.l.m.
5	Peso massimo del dispositivo completo $\leq 2,5$ kg (batteria esclusa)
6	Resistenza meccanica e test di caduta: si richiede che il dispositivo fornito sia in grado di resistere alla caduta da almeno 1 metro su superficie rigida, senza compromissione funzionale
7	Gli elettrodi forniti dovranno avere una data di scadenza residua non inferiore a 36 mesi dalla data di consegna
8	La batteria dovrà avere una durata di almeno 5 anni in modalità stand-by includendo test automatici periodici eseguiti dal dispositivo
9	Esportazione dati: lo scarico dei log dovrà avvenire tramite dispositivo esterno USB senza l'ausilio di ulteriori dispositivi o piattaforma cloud.
10	Segnalazione stato tramite LED sul dispositivo.
11	Il DAE deve essere dotato di un sistema di analisi del ritmo cardiaco che minimizzi l'interruzione delle compressioni toraciche durante la rianimazione cardiopolmonare o comunque garantiscano il minor tempo di pausa necessario all'analisi e alla decisione di shock. Si richiede di esplicitare le caratteristiche della tecnologia impiegata e documentare i tempi medi di analisi e la durata della pausa richiesta per la decisione di shock. Il tutto dovrà essere supportato da documentazione tecnica del costruttore e/o evidenze scientifiche.
12	RCP assistita: metronomo + comandi vocali guida.
13	Energia di scarica bifasica con valore massimo erogabile non inferiore a 200 J e con precarica shock per ridurre tempi di scarica
14	Sistema di rilevazione del movimento/artefatti durante l'analisi ECG, con sospensione automatica dell'analisi e ripresa automatica quando le condizioni del segnale risultano idonee.
15	Capacità di identificazione automatica dei ritmi defibrillabili (FV e TV senza polso) secondo linee guida AHA/ERC.
16	Prestazioni diagnostiche conformi agli standard IEC/AHA:
17	elevata sensibilità nel riconoscimento di FV/TV defibrillabili
18	elevata specificità per ritmi non defibrillabili
19	Prestazioni diagnostiche conformi agli standard internazionali applicabili ai DAE e validate dal fabbricante
20	Conformità alle raccomandazioni internazionali ILCOR e alle Linee Guida ERC vigenti in materia di defibrillazione precoce e supporto di base delle funzioni vitali (BLS-D).

21	Il DAE dovrà effettuare, secondo le specifiche del costruttore, autotest automatici (giornalieri, settimanali o mensili) registrati su log interno
----	--

[illegible]

SI

#	Descrizione requisiti minimo PROGETTI
1	Certificazioni almeno IP55, per protezione da polvere e schizzi, quindi il dispositivo può essere utilizzato anche in esterno, con protezione in condizioni ambientali e meccaniche estreme, resiste a urti, vibrazioni, caldo, freddo ed utilizzabile su mezzi mobili.
2	Funzionamento dispositivo semi-automatico con guida vocale delle istruzioni operative per utilizzare il dispositivo metronomo per le compressioni toraciche
3	Range temperatura operativa: da 0°C a +50°C.
4	Altitudine operativa garantita: fino a 4.000 m s.l.m.
5	Peso massimo del dispositivo completo ≤ 2,5 kg (batteria esclusa)
6	Resistenza meccanica e test di caduta: si richiede che il dispositivo fornito sia in grado di resistere alla caduta da almeno 1 metro su superficie rigida, senza compromissione funzionale
7	Gli elettrodi forniti dovranno avere una data di scadenza residua non inferiore a 36 mesi dalla data di consegna
8	La batteria dovrà avere una durata di almeno 5 anni in modalità stand-by includendo test automatici periodici eseguiti dal dispositivo
9	Esportazione dati: lo scarico dei log dovrà avvenire tramite dispositivo esterno USB senza l'ausilio di ulteriori dispositivi o piattaforma cloud.
10	Segnalazione stato tramite LED sul dispositivo.
11	Il DAE deve essere dotato di un sistema di analisi del ritmo cardiaco che minimizzi l'interruzione delle compressioni toraciche durante la rianimazione cardiopolmonare o comunque garantiscano il minor tempo di pausa necessario all'analisi e alla decisione di shock. Si richiede di esplicitare le caratteristiche della tecnologia impiegata e documentare i tempi medi di analisi e la durata della pausa richiesta per la decisione di shock. Il tutto dovrà essere supportato da documentazione tecnica del costruttore e/o evidenze scientifiche.
12	RCP assistita: metronomo + comandi vocali guida.
13	Energia di scarica bifasica con valore massimo erogabile non inferiore a 200 J e con precarica shock per ridurre tempi di scarica
14	Sistema di rilevazione del movimento/artefatti durante l'analisi ECG, con sospensione automatica dell'analisi e ripresa automatica quando le condizioni del segnale risultano idonee.
15	Capacità di identificazione automatica dei ritmi defibrillabili (FV e TV senza polso) secondo linee guida AHA/ERC.
16	Prestazioni diagnostiche conformi agli standard IEC/AHA:
17	elevata sensibilità nel riconoscimento di FV/TV defibrillabili
18	elevata specificità per ritmi non defibrillabili
19	Prestazioni diagnostiche conformi agli standard internazionali applicabili ai DAE e validate dal fabbricante
20	Conformità alle raccomandazioni internazionali ILCOR e alle Linee Guida ERC vigenti in materia di defibrillazione precoce e supporto di base delle funzioni vitali (BLS-D).

21	Il DAE dovrà effettuare, secondo le specifiche del costruttore, autotest automatici (giornalieri, settimanali o mensili) registrati su log interno
----	--

Esito presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI

#	Descrizione requisiti minimo SAGO MEDICA
1	Certificazioni almeno IP55, per protezione da polvere e schizzi, quindi il dispositivo può essere utilizzato anche in esterno, con protezione in condizioni ambientali e meccaniche estreme, resiste a urti, vibrazioni, caldo, freddo ed utilizzabile su mezzi mobili.
2	Funzionamento dispositivo semi-automatico con guida vocale delle istruzioni operative per utilizzare il dispositivo metronomo per le compressioni toraciche
3	Range temperatura operativa: da 0°C a +50°C.
4	Altitudine operativa garantita: fino a 4.000 m s.l.m.
5	Peso massimo del dispositivo completo ≤ 2,5 kg (batteria esclusa)
6	Resistenza meccanica e test di caduta: si richiede che il dispositivo fornito sia in grado di resistere alla caduta da almeno 1 metro su superficie rigida, senza compromissione funzionale
7	Gli elettrodi forniti dovranno avere una data di scadenza residua non inferiore a 36 mesi dalla data di consegna
8	La batteria dovrà avere una durata di almeno 5 anni in modalità stand-by includendo test automatici periodici eseguiti dal dispositivo
9	Esportazione dati: lo scarico dei log dovrà avvenire tramite dispositivo esterno USB senza l’ausilio di ulteriori dispositivi o piattaforma cloud.
10	Segnalazione stato tramite LED sul dispositivo.
11	Il DAE deve essere dotato di un sistema di analisi del ritmo cardiaco che minimizzi l’interruzione delle compressioni toraciche durante la rianimazione cardiopolmonare o comunque garantiscano il minor tempo di pausa necessario all’analisi e alla decisione di shock. Si richiede di esplicitare le caratteristiche della tecnologia impiegata e documentare i tempi medi di analisi e la durata della pausa richiesta per la decisione di shock. Il tutto dovrà essere supportato da documentazione tecnica del costruttore e/o evidenze scientifiche.
12	RCP assistita: metronomo + comandi vocali guida.
13	Energia di scarica bifasica con valore massimo erogabile non inferiore a 200 J e con precarica shock per ridurre tempi di scarica
14	Sistema di rilevazione del movimento/artefatti durante l’analisi ECG, con sospensione automatica dell’analisi e ripresa automatica quando le condizioni del segnale risultano idonee.
15	Capacità di identificazione automatica dei ritmi defibrillabili (FV e TV senza polso) secondo linee guida AHA/ERC.
16	Prestazioni diagnostiche conformi agli standard IEC/AHA:
17	elevata sensibilità nel riconoscimento di FV/TV defibrillabili
18	elevata specificità per ritmi non defibrillabili
19	Prestazioni diagnostiche conformi agli standard internazionali applicabili ai DAE e validate dal fabbricante
20	Conformità alle raccomandazioni internazionali ILCOR e alle Linee Guida ERC vigenti in materia di defibrillazione precoce e supporto di base delle funzioni vitali (BLS-D).
21	Il DAE dovrà effettuare, secondo le specifiche del costruttore, autotest automatici (giornalieri, settimanali o mensili) registrati su log interno

Esito
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

95-6E-1F-9F-A5-CC-F1-D0-39-E1-17-F8-58-AC-E8-1F-FA-45-DC-1A

CAdES 1 di 6 del 12/10/2026 17:21:34

Soggetto: Daniela Piccioni
S.N. Certificato: 1FC5D55
Validità certificato dal 16/10/2025 12:45:54 al 16/10/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT'

CAdES 2 di 6 del 12/10/2026 17:25:46

Soggetto: Sabrina Slanzi
S.N. Certificato: 1AC24D8
Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT'

CAdES 3 di 6 del 12/10/2026 17:28:01

Soggetto: Claudia Bonifanti
S.N. Certificato: 1C415BB
Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT'

CAdES 4 di 6 del 14/10/2026 15:11:21

Soggetto: Antonella Bogliolo
S.N. Certificato: 208E5EC
Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT'

CAdES 5 di 6 del 14/10/2026 15:16:11

Soggetto: Arturo Pasqualucci
S.N. Certificato: 1FE179E
Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT'

CAdES 6 di 6 del 14/10/2026 15:29:53

Soggetto: Massimo D'Angelo
S.N. Certificato: 2083FB1
Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT'



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura, consegna e installazione di n. 72 Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) (009_2026) per un importo complessivo a base di gara non superabile € 125.000,00, IVA esclusa – Deliberazione a contrarre – CIG: BC65664BEB – CUP E69G2600040002

VERBALE DELLA SEDUTA RISERVATA DEL 29/09/2026

In data ventinove di settembre dell'anno duemila ventisei alle ore 13:30 presso la S.C. Acquisti si è tenuta, in modalità in presenza, la seduta riservata della procedura di gara di cui all'oggetto come previsto dall'art. 24 del disciplinare di gara. Il seggio di gara amministrativo è composto dal Responsabile unico del progetto e da due dipendenti assegnati alla S.C. Acquisti come di seguito indicato:

Dott.ssa Sabrina Slanzi	Responsabile unico del progetto della Centrale di Committenza e Direttrice S.C. Acquisti
Dott.ssa Roberta Dutto	Collaboratore Amministrativo Professionale presso S.C. Acquisti.
Dott. Gian Maria Prestinicola	Assistente Amministrativo presso S.C. Acquisti con funzioni di verbalizzante

Il Responsabile Unico del Progetto, coadiuvato da apposito seggio di gara amministrativo, accede alla PAD della piattaforma Aria Sintel con le proprie credenziali e procedere con il download dell'offerta economica dell'unico operatore economico rimasto in gara, 3B S.r.l.

La suddetta documentazione viene trasmessa alla Commissione giudicatrice per le verifiche di competenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti nella documentazione di gara.

La seduta si chiude alle ore 13:45.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino

Il presente verbale consta di n. 2 (due) facciate dattiloscritte comprensivo delle firme.

Torino, lì 29/09/2026

Letto approvato e sottoscritto

Il Seggio di gara

Dott.ssa Sabrina Slanzi

(Rup)

Dott.ssa Roberta Dutto

Dott. Gian Maria Prestinicola

(verbalizzante)

Il presente verbale è firmato in originale e conservato agli atti della S.C. Acquisti

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

91-CC-5F-FE-C9-0D-06-BF-22-2C-66-14-0E-6D-64-89-46-0E-26-83

CAdES 1 di 6 del 12/10/2026 17:21:35

Soggetto: Daniela Piccioni
S.N. Certificato: 1FC5D55
Validità certificato dal 16/10/2025 12:45:54 al 16/10/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 2 di 6 del 12/10/2026 17:25:46

Soggetto: Sabrina Slanzi
S.N. Certificato: 1AC24D8
Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 3 di 6 del 12/10/2026 17:28:02

Soggetto: Claudia Bonifanti
S.N. Certificato: 1C415BB
Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 4 di 6 del 14/10/2026 15:11:23

Soggetto: Antonella Bogliolo
S.N. Certificato: 208E5EC
Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 5 di 6 del 14/10/2026 15:16:12

Soggetto: Arturo Pasqualucci
S.N. Certificato: 1FE179E
Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 6 di 6 del 14/10/2026 15:29:54

Soggetto: Massimo D'Angelo
S.N. Certificato: 2083FB1
Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'APPROVVIGIONAMENTO CENTRALIZZATO, E DISTRIBUZIONE, DI N° 72 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE), DA ASSEGNARE AI RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI GESTITI DEL TERRITORIO MONTANO PIEMONTESE (009_2026) CIG BC65664BEB

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 29/09/2026

In data **29 settembre 2026, alle ore 13:00**, in modalità mista, presso la sede di Azienda Sanitaria Zero, sita in Torino (TO) alla Via San Secondo 29 bis, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice nominata per la procedura di gara in oggetto, composta da:

Nominativo	Ruolo
Dott.ssa Antonella Barrale	Coordinatore Nue 112 (collegata da remoto)
Dott.ssa Sara Borga	Rappresentante dell'EST 118 (in presenza)
Ing. Alessandro Vercelli	Collaboratore tecnico presso S. C. Farmaceutica (in presenza)

Per l'assistenza giuridico amministrativa è presente:

- Il Dott. Gian Maria Prestinicola, in qualità di Assistente amministrativo presso S.C. Acquisti.

La Commissione Giudicatrice, richiamato integralmente il contenuto del verbale della precedente seduta del 18/09/2026, riprende le operazioni di gara con riferimento alla posizione dell'operatore economico SAGO MEDICA, nei cui confronti era stato dato mandato al RUP, al fine di formulare specifica richiesta di chiarimento in ordine alla durata della garanzia del prodotto offerto.

La Commissione Giudicatrice prende atto che, con nota prot. n 2026/0032289 del 23/09/2026, il RUP chiedeva all'operatore economico SAGO MEDICA S.R.L. di precisare l'elemento della documentazione tecnica in merito al periodo di garanzia offerto.

Entro il termine assegnato, mediante piattaforma Sintel e protocollata da Azienda Sanitaria Zero con n. 32327 del 23/09/2026, l'operatore SAGO MEDICA S.R.L. forniva il riscontro richiesto dalla Stazione Appaltante.



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

La Commissione prende atto del chiarimento pervenuto e procede al relativo esame ai sensi, e nei limiti, di cui all'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di una precisazione volta esclusivamente a consentire l'esatta ricostruzione del contenuto dell'offerta tecnica già presentata entro il termine di scadenza, senza possibilità di integrazione, modifica o variazione postuma della medesima.

Alla luce del chiarimento acquisito, la Commissione procede attribuendo i relativi punteggi premiali previsti dalla lex specialis, sulla base della documentazione tecnica e della campionatura presentata, di seguito riportati e contenuti nell'allegato n. 1 denominato *"tabella criteri premiali e punteggi DAE"*

Con riferimento all'operatore economico SAGO MEDICA, la Commissione giudicatrice attribuisce un punteggio tecnico complessivo pari a 34/70 punti, inferiore alla soglia minima di sbarramento fissata in 42/70 punti.

Con riferimento all'operatore economico 3B, la Commissione giudicatrice attribuisce un punteggio complessivo di 54/70 punti, superiore la soglia di sbarramento fissata in 42/70.

Il Rup accede alla PAD con le proprie credenziali e procede ad inserire i punteggi tecnici assegnati della Commissione giudicatrice alle singole offerte tecniche per ogni partecipante e procedendo, altresì, alle esclusioni come segue:

- PROGETTI ha conseguito un punteggio tecnico pari a 0/70 punti, non essendo in possesso di uno o più requisiti minimi;
- KC4 ha conseguito un punteggio tecnico pari a 0/70 punti, non essendo in possesso di uno o più requisiti minimi;
- ECHOES ha conseguito un punteggio tecnico pari a 0/70 punti, non essendo in possesso di uno o più requisiti minimi;
- SAGO MEDICA ha conseguito un punteggio tecnico pari a 34/70 punti;
- 3B S.R.L. ha conseguito un punteggio pari a 54/70.

La seduta si interrompe alle ore 13:30, nell'attesa che il seggio di gara si riunisca per scaricare l'offerta economica dell'operatore economico 3B.

La seduta riprende alle ore 13:50. La Commissione Giudicatrice visiona l'offerta economica dell'operatore economico 3B S.R.L., con un ribasso percentuale sulla base d'asta non superabile pari al 6% (sei per cento),



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria ZERO**
Costituita con D.P.G.R. 18/02/2022 n. 9
Codice Fiscale / P.I. 12685160017
Sede legale: Edificio "Farfalla"
Piazza Piemonte 1 - 10127 Torino

come si evince dall'allegato n. 2 denominato "offerta economica operatore 3B S.R.L.", quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, e formula la seguente graduatoria finale:

Posizione in graduatoria	Operatore economico	Punteggio complessivo
1°	3B S.R.L.	84/100

La seduta si chiude alle ore 13:57.

Allegati:

- 1) tabella criteri premiali e punteggi DAE.
- 2) offerta economica operatore 3B S.R.L.

Il presente verbale consta di n. 3 pagine dattiloscritte e n. 4 (quattro) allegati.

La Commissione Giudicatrice

Dott.ssa Antonella Barrale _____

Dott.ssa Sara Borga _____

Ing. Alessandro Vercelli _____

Il verbalizzante

Dott. Gian Maria Prestinicola _____

Il presente verbale, comprensivo degli allegati, è conservato in originale presso la S.C. Acquisti.

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

86-6A-74-E1-46-9E-BB-B7-50-21-E6-B1-82-01-8A-3B-8E-E7-6C-1A

CAdES 1 di 6 del 12/10/2026 17:21:36

Soggetto: Daniela Piccioni
S.N. Certificato: 1FC5D55
Validità certificato dal 16/10/2025 12:45:54 al 16/10/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 2 di 6 del 12/10/2026 17:25:47

Soggetto: Sabrina Slanzi
S.N. Certificato: 1AC24D8
Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 3 di 6 del 12/10/2026 17:28:03

Soggetto: Claudia Bonifanti
S.N. Certificato: 1C415BB
Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 4 di 6 del 14/10/2026 15:11:24

Soggetto: Antonella Bogliolo
S.N. Certificato: 208E5EC
Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 5 di 6 del 14/10/2026 15:16:13

Soggetto: Arturo Pasqualucci
S.N. Certificato: 1FE179E
Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 6 di 6 del 14/10/2026 15:29:55

Soggetto: Massimo D'Angelo
S.N. Certificato: 2083FB1
Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

Macro criterio	Criteri di valutazione	Punteggio tecnico
Garanzia	Garanzia aggiuntiva di ulteriori 24 mesi	15
Caratteristiche tecniche DAE	Durata batteria in standby ≥ 7 anni	7
Caratteristiche tecniche DAE	DAE con Protezione IP>55	7
Caratteristiche tecniche DAE	Tempo scarica ≤ 5 s dall'analisi del ritmo in corso	6
Caratteristiche tecniche DAE	Peso inferiore a kg 2,2 senza batteria	5
Caratteristiche tecniche DAE	Voce guida bilingua (italiano ed inglese)	5
Caratteristiche tecniche DAE	teche in ABS o polietilene ad alta densità	5
Caratteristiche tecniche DAE	Volume audio automatico in funzione della rumorosità ambientale circostante	5
Caratteristiche tecniche DAE	Temperatura di esercizio < di 0°C	4
Caratteristiche tecniche DAE	Teca allarmata	3
Caratteristiche tecniche DAE	Placche universali Adulti/Pediatriche con selettore integrato	2
Caratteristiche tecniche DAE	Elettrodi preconnessi: Dispositivo dotato di elettrodi adesivi già collegati al DAE e pronti per l'applicazione sul paziente	2
Caratteristiche tecniche DAE	Conformità certificata agli standard MIL-STD-810F	2
Caratteristiche tecniche DAE	Consente l'analisi del ritmo ECG in tempo reale durante le compressioni	2

70

Macro criterio	Criterio di valutazione 3B	Punteggio tecnico Max	REQUISITO	PUNTEGGIO
Garanzia	Garanzia aggiuntiva di ulteriori 24 mesi	15	SI	15
Caratteristiche tecniche DAE	Durata batteria in standby ≥ 7 anni	7	NO	/
Caratteristiche tecniche DAE	DAE con Protezione IP>55	7	NO	/
Caratteristiche tecniche DAE	Tempo scarica ≤ 5 s dall'analisi del ritmo in corso	6	SI	6
Caratteristiche tecniche DAE	Peso inferiore a kg 2,2 senza batteria	5	SI	5
Caratteristiche tecniche DAE	Voce guida bilingua (italiano ed inglese)	5	SI	5
Caratteristiche tecniche DAE	teche in ABS o polietilene ad alta densità	5	SI	5
Caratteristiche tecniche DAE	Volume audio automatico in funzione della rumorosità ambientale circostante	5	SI	5
Caratteristiche tecniche DAE	Temperatura di esercizio < di 0°C	4	SI	4
Caratteristiche tecniche DAE	Teca allarmata	3	SI	3
Caratteristiche tecniche DAE	Placche universali Adulti/Pediatriche con selettore integrato	2	SI	2
Caratteristiche tecniche DAE	Elettrodi preconnessi: Dispositivo dotato di elettrodi adesivi già collegati al DAE e pronti per l'applicazione sul paziente	2	SI	2
Caratteristiche tecniche DAE	Conformità certificata agli standard MIL-STD-810F	2	SI	2
Caratteristiche tecniche DAE	Consente l'analisi del ritmo ECG in tempo reale durante le compressioni	2	NO	/

70

54

Macro criterio	Criterio di valutazione Sago Medica	Punteggio tecnico Max	REQUISITO	PUNTEGGIO
Garanzia	Garanzia aggiuntiva di ulteriori 24 mesi	15	NO	
Caratteristiche tecniche DAE	Durata batteria in standby ≥ 7 anni	7	NO	
Caratteristiche tecniche DAE	DAE con Protezione IP>55	7	NO	

Caratteristiche tecniche DAE	Tempo scarica ≤ 5 s dall'analisi del ritmo in corso	6	SI	6
Caratteristiche tecniche DAE	Peso inferiore a kg 2,2 senza batteria	5	SI	5
Caratteristiche tecniche DAE	Voce guida bilingua (italiano ed inglese)	5	SI	5
Caratteristiche tecniche DAE	teche in ABS o polietilene ad alta densità	5	SI	5
Caratteristiche tecniche DAE	Volume audio automatico in funzione della rumorosità ambientale circostante	5	NO	
Caratteristiche tecniche DAE	Temperatura di esercizio < di 0°C	4	SI	4
Caratteristiche tecniche DAE	Teca allarmata	3	SI	3
Caratteristiche tecniche DAE	Placche universali Adulti/Pediatriche con selettore integrato	2	SI	2
Caratteristiche tecniche DAE	Elettrodi preconnessi: Dispositivo dotato di elettrodi adesivi già collegati al DAE e pronti per l'applicazione sul paziente	2	SI	2
Caratteristiche tecniche DAE	Conformità certificata agli standard MIL-STD-810F	2	NO	
Caratteristiche tecniche DAE	Consente l'analisi del ritmo ECG in tempo reale durante le compressioni	2	SI	2
70				34

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

C0-5B-72-18-E3-29-6A-28-69-B6-F1-F1-CE-EC-C5-55-2B-30-EA-4E

CAdES 1 di 6 del 12/10/2026 17:21:37

Soggetto: Daniela Piccioni
S.N. Certificato: 1FC5D55
Validità certificato dal 16/10/2025 12:45:54 al 16/10/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 2 di 6 del 12/10/2026 17:25:48

Soggetto: Sabrina Slanzi
S.N. Certificato: 1AC24D8
Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 3 di 6 del 12/10/2026 17:28:04

Soggetto: Claudia Bonifanti
S.N. Certificato: 1C415BB
Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 4 di 6 del 14/10/2026 15:11:25

Soggetto: Antonella Bogliolo
S.N. Certificato: 208E5EC
Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 5 di 6 del 14/10/2026 15:16:15

Soggetto: Arturo Pasqualucci
S.N. Certificato: 1FE179E
Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT

CAdES 6 di 6 del 14/10/2026 15:29:56

Soggetto: Massimo D'Angelo
S.N. Certificato: 2083FB1
Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT



Modello Offerta economica Dae rifugi alpini

Spett.le Azienda Sanitaria Zero
Piazza Piemonte 1 Torino (TO)
"Edificio farfalla"

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER ACQUISTO N. 72 DA DESTINARE AI RIFUGI PIEMONTESI (009_2026)

Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore
Il sottoscritto dott. Mario Emilio Verquera nato a ORIGGIO (VA) il 29/10/1957 domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico indicato nella sezione B
Sezione B – Dati identificativi dell'Operatore Economico
Ragione Sociale 3B s.r.l. con sede legale in SETTIMO TORINESE Prov. (TO) CAP 10036 via Vittime delle Foibe n. 20/a tel. 0118005338 mail ufficiogare@3bsrl.it PEC 3bsrl@pec.3bsrl.it codice fiscale e partita I.V.A. 03763310012

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza di presentazione

Offerta n. 527/26 del 27/08/2026

Sezione A.					
Oggetto	Quantità	Importo a base d'asta per la Fornitura, consegna ed installazione di n. 72 Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE), completi di tutti gli accessori e delle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara	Importo SINGOLO DAE COMPLETO di accessori e prestazioni come da capitolato	Importo omnicomprensivo per la fornitura di n. 72 DAE completo di accessori e prestazioni come da capitolato	Aliquota I.V.A. (%)
Fornitura, consegna e installazione di n. 72 Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE), completi di tutti gli accessori e delle prestazioni previste dal Capitolato tecnico e dal disciplinare di gara	72	€ 125.000,00	€ 1.631,94	€ 117.500	22%

Oneri Sicurezza già ricompresi in offerta € 600,00

Stima Costi Manodopera già ricompresi in offerta € 17.700,00

N.B. la tabella economica è da compilare con importi Iva ESCLUSA

NOTA BENE:
L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'art. XXX delle Condizioni Contrattuali inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.
* * * *
DICHIARA ALTRESÌ
* di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, nelle Condizioni Contrattuali e relativi allegati;
* di impegnarsi a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa, eventualmente prorogabile su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
* che l'offerta presentata non sarà in alcun modo vincolante per l'Azienda Sanitaria Zero che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

NOTA BENE
- Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto. - Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.

Sottoscritto Digitalmente da dott. Mario Emilio Verquera

Spett.le

10246

AZIENDA SANITARIA ZERO

VIA SAN SECONDO 29 BIS

10128 TORINO TO

Partita Iva: 12685160017



3B SRL
DEALER IN HEALTHCARE

Via Vittime delle Foibe 20/A
10036 Settimo Torinese (TO)
Telefono + 39 011 800 53 38
Fax + 39 011 800 55 64
info@3bsrl.it WWW.3BSRL.IT
Iscr. reg. Impr. 03763310012
rea TO 584647
cf e pi 03763310012
cap. soc. € 100.000,00 iv

ISO 9001
CSQ n. 9160.3B01
EN ISO 13485
CSQ n. 9124.3B02

Offerta n. 527/26 del 27/08/2026

Vs. Rif.:

VS. PROCEDURA SINTEL 222831243

Ns. prot. n.

527/26

Alla c/a:

E-mail:

invio a mezzo piattaforma Sintel

Banca di pagamento:

UNICREDIT

IBAN:

IT62 U020 0805 3640 0050 0018 331

OGGETTO: OFFERTA GARA DAE RIFUGI ALPINI (009_2026)

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo Unitario € a Voi riservato	Importo Totale €
0654B-XA00019	1) DEFIBRILLATORE DAE SEMIAUTOMATICO C1A MINDRAY Compreso di garanzia 48 mesi, installazione e collaudo Ogni DAE è già dotato di n. 1 batteria e n. 1 set di elettrodi	N.	72	979,16	70.499,52
BOR-0654B	1) CUSTODIA PER DEFIBRILLATORE MINDRAY	N.	72	35,58	2.561,76
115-112179-00	2) BATTERIA PER C1 AED	N.	72	232,39	16.732,08
125-000060-00	2) ELETTRODI PER MINDRAY	N.	144	79,80	11.491,20
CRT 006	2) Cartello DAE	N.	72	11,42	822,24
TECA L	3) TECA DA INTERNO	N.	72	175,60	12.643,20
MAS019F	3) Kit x defibrillatore	N.	72	12,90	928,80
125-000249-00	3) AED TRAINER BENEHEART C1A completo di piastra training aed, telecomando, borsa Consegna, installazione e collaudo inclusi	N.	4	455,31	1.821,24

Totale Offerta: Euro 117.500,04

Importi Iva Esclusa

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Validità offerta:

Come da atti di gara

Consegna:

Entro 15 gg. lav. d.r.o.

Trasporto:

Compreso

Installazione:

Compresa

Garanzia:

48 mesi

Pagamento:

BB. 60 GG. D.F.

I.V.A.:

a Vostro carico ai sensi di legge

3B s.r.l.

Dott. Mario Emilio Verquera
Legale Rappresentante



Modello Offerta economica Dae per canone annuo manutenzione ordinaria e straordinaria post garanzia

Spett.le Azienda Sanitaria Zero
Piemonte 1 Torino (TO)
"Edificio farfalla" Piazza

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER ACQUISTO DI N. 72 DA DESTINARE AI RIFUGI PIEMONTESI (009_2026)

Sezione A – Dati identificativi del sottoscrittore
Il sottoscritto dott. Mario Emilio Verquera nato a ORIGGIO (VA) il 29/10/1957 domiciliato per la carica presso la sede legale indicata nella sezione B, in qualità di Legale Rappresentante dell’Operatore Economico indicato
Sezione B – Dati identificativi dell’Operatore Economico
Ragione Sociale 3B s.r.l. con sede legale in SETTIMO TORINESE Prov. (TO) CAP 10036 via Vittime delle Foibe n. 20/a tel. 0118005338 mail ufficiogare@3bsrl.it PEC 3bsrl@pec.3bsrl.it codice fiscale e partita I.V.A.

dichiara che la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dalla documentazione di gara e di accettarle senza condizione o riserva alcuna, nonchè di tenere ferma l'offerta per un periodo non

Offerta n. 527/26MAN del 27/08/2026

Sezione A.					
Oggetto	Quantità della fornitura	Importo unitario (a singolo DAE) del canone annuo di manutenzione ordinaria e straordinaria (I.V.A. esclusa)	Importo complessivo canone annuo di manutenzione ordinaria e straordinaria per n. 72 DAE (I.V.A. esclusa)	Aliquota I.V.A. (%)	
Canone annuo servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria post-garanzia	72	300,00 €	21.600,00 €	22%	(l'importo di canone di manutenzione indicato non costituisce oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione e non concorre alla determinazione dell'offerta economica)

NOTA BENE

- Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto. - Limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici compongono il raggruppamento temporaneo.

Sottoscritto Digitalmente da dott. Mario Emilio Verquera

La presente copia e' conforme all'originale depositato presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino

2D-44-F4-EE-CD-5E-39-C4-83-80-57-C0-5B-CD-40-FC-96-43-37-2B

CAdES 1 di 6 del 12/10/2026 17:21:38

Soggetto: Daniela Piccioni
S.N. Certificato: 1FC5D55
Validità certificato dal 16/10/2025 12:45:54 al 16/10/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT'

CAdES 2 di 6 del 12/10/2026 17:25:49

Soggetto: Sabrina Slanzi
S.N. Certificato: 1AC24D8
Validità certificato dal 13/05/2024 13:20:58 al 13/05/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT'

CAdES 3 di 6 del 12/10/2026 17:28:05

Soggetto: Claudia Bonifanti
S.N. Certificato: 1C415BB
Validità certificato dal 17/07/2024 08:43:14 al 17/07/2027 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT'

CAdES 4 di 6 del 14/10/2026 15:11:26

Soggetto: Antonella Bogliolo
S.N. Certificato: 208E5EC
Validità certificato dal 23/03/2026 14:41:56 al 23/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT'

CAdES 5 di 6 del 14/10/2026 15:16:16

Soggetto: Arturo Pasqualucci
S.N. Certificato: 1FE179E
Validità certificato dal 04/11/2025 13:03:24 al 04/11/2028 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT'

CAdES 6 di 6 del 14/10/2026 15:29:58

Soggetto: Massimo D'Angelo
S.N. Certificato: 2083FB1
Validità certificato dal 18/03/2026 09:36:54 al 18/03/2029 00:00:00
Rilasciato da InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT'